

正本

法定0月5日

檔號
發文人員

經濟部智慧財產局 審查意見通知函

FQ-28907

機關地址：台北市辛亥路2段185
號3樓聯絡人：陳慶德
聯絡電話：(02)23767374
傳真：(02)23779875104 雙樹號
臺北市中山區長安東路2段112號9樓

受文者：JMS股份有限公司（代理

人：桂齊恆

Mailing Date of the Office Action

發文日期：中華民國96年8月28日

← August 28, 2007

發文文號：(96)智專二(三)05106字第

09620476810號



速別：

0962047681001

密等及解密條件或保密期限：

附件：Taiwanese Patent Application No.

092119196

主旨：第092119196號專利申請案經審查後認有如說明一所述情事，

台端（貴公司）請於文到次日起60日內提出申復說明（一式2份）或修正至局。逾期未復者，本局將依現有資料續行審查，請查照。

說明：

一、本案經審查認為：

- （一）本案「醫療資料警告通知系統及方法」申請日為92年7月15日（優先權日為2002年7月15日），依申請人申請時所送資料內容審查，經查本案申請專利範圍共8項，其中第1、7及8項為獨立項，其餘皆為附屬項，合先敘明。
- （二）依據2002年3月22日公開之日本專利第2002-083066號「HEALTH EXAMINATION NETWORK SYSTEM」專利案（附件，下稱引證1）及88年5月1日公告之專利第357517號「監視系統」專利案（附件，下稱引證2）揭示內容，本案申請專利範圍第1至8項不符專利法第

c:\patent80\A9600237.870

第1頁（共4頁）

22條第4項之規定；依據引證1、2及1997年3月25日公開之日本專利第09-075309號「DECISION METHOD BY AUTOMATIC ANALYSIS OF PATIENT'S CONDITION BY CHANGE IN MEASURED VALUE OF ARTERIAL BLOOD OXYGEN SATURATION DEGREE AND MEASURED VALUE OF PULSATION」專利案(附件，下稱引證3)，本案申請專利範圍第3及4項不符專利法第22條第4項之規定。

- 1、申請專利範圍第1項，由引證1之申請專利範圍第1及2項及圖式第1圖已揭示出一健康診斷網路系統，包括一病人端、一中央伺服器端及一醫生端，利用網路系統將生理訊號資料傳送至伺服器端儲存且監督，經由伺服器端將資料傳送至醫生端，醫生端也可利用伺服器端將診斷資料傳送至病人端；引證2之申請專利範圍第1、2及9項已揭示出一種血糖監視系統，包含一感測部、一數據處理部及一記憶部，其中一數據處理部將血糖變動異常之警告信號經由網路傳送至醫療機關；由引證1及2之組合可知本請求項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。
- 2、申請專利範圍第2項，由引證2之申請專利範圍第2及13項可揭示出將依據感測部所得到之數據與記憶部之數據相比較，若超過預定臨界值則發出警告信號，因此本請求項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不具進步性。
- 3、申請專利範圍第3及4項，由引證3已揭示出利用平均值及限定日期期間去判斷測量值是否異常；因此請求項3及4項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

- 4、申請專利範圍第5及6項，由引證2之申請專利範圍第9項已揭示出利用視覺或聽覺之手段當作警告信號；因此請求項5及6為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。
- 5、申請專利範圍第7及8項，由引證1及2揭示出具有接受信號、儲存信號、判斷異常、通知異常及傳送信號至病人端之技術特徵；由引證1及2之組合可輕易推知請求項7及8為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性。

(三)引證文獻

- 1、2002年3月22日公開之日本專利第2002-083066號「HEALTH EXAMINATION NETWORK SYSTEM」專利案
- 2、88年5月1日公開之專利第357517號「監視系統」專利案
- 3、1997年3月25日公告之日本專利第09-075309號「DECISION METHOD BY AUTOMATIC ANALYSIS OF PATIENT'S CONDITION BY CHANGE IN MEASURED VALUE OF ARTERIAL BLOOD OXYGEN SATURATION DEGREE AND MEASURED VALUE OF PULSATION」專利案

二、如有補充、修正說明書或圖式者，依專利法施行細則第28條之規定，應備具補充、修正申請書一式2份，並檢送補充、修正部分劃線之說明書或圖式修正頁一式2份及補充、修正後無劃線之說明書或圖式替換頁一式3份；如補充、修正後致原說明書或圖式頁數不連續者，應檢附補充、修正後之全份說明書或圖式一式3份至局。

三、若希望來局當面示範或說明，請於申復說明書內註明

「申請面詢」並繳交規費新台幣1千元正，本局認為有必要時，將另行通知面詢地點及時間。

四、檢送本案檢索報告1份。

經濟部智慧財產局

裝

訂



線